



MINSTANDART

**ООО "НТЦ "МинСтандарт"
группа компаний "АНАКОН"**

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская д. 2 стр. 1, офис № 4, 6, 8
Тел.: (495) 287-14-72, факс: (495) 287-14-72
info@minstandart.com | www.minstandart.com

ИНН 7801582931, КПП 780101001, ОГРН 1127847464381, Р/сч.: 40702810515010001015, К./сч.: 30101810200000000704
Филиал Оперу ОАО «Банк ВТБ» в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, БИК 044030704, ОКПО 09709875

ПАСПОРТ

на отраслевой стандартный образец

апатит-нефелиновая руда

MST AP37p

(ОСО №639-14)

Аттестованная характеристика – массовая доля элемента или компонента (в расчете на материал, высушенный при 105°C)

Таблица 1

Метрологические характеристики MST AP37p (ОСО № 639-14)

Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Абсолютная погрешность аттестованного значения (P = 0,95)
Al ₂ O ₃ общий, (%)	11.17	0.24
P ₂ O ₅ , (%)	17.44	0.29
Al ₂ O ₃ кисл. растворимый, (%)	9.92	0.47