



**MINSTANDART**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-Технический Центр «Минеральные стандарты»  
(ООО «НТЦ «МинСтандарт»)

Аккредитованный изготовитель стандартных образцов  
№ ААС.RM.00309 от 26.12.2016 года

(область аккредитации доступна на сайте <http://aac-analitica.ru/>)  
105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, дом 3  
Тел.: (495) 287-14-72, E-mail: [info@minstandart.com](mailto:info@minstandart.com)  
[www.minstandart.com](http://www.minstandart.com)

## ПАСПОРТ

Стандартный образец элементного состава  
руды содержащей серебро

**MST Sq165i**  
(ОСО № 854-18)  
Certified Reference Material

Таблица 1. Метрологические характеристики MST Sq165i (ОСО № 854-18)

Аттестованная характеристика	Аттестованное значение, массовая доля, г/т	Расширенная неопределенность, (95%), % отн.	1S, г/т	Доверительный интервал (95%), г/т		Толерантный интервал (95%), г/т	
				нижняя граница	верхняя граница	нижняя граница	верхняя граница
Ag, серебро	402	1	13	398	406	375	429

Вышеуказанные значения применимы только к стандартному образцу, выпускаемому в пакетах (100 г), которые имеют следующие номера:

165 0001–165 3412.